ボンディング材

ボンドマー ライトレスⅡ …… C-2
トクヤマ ボンドフォースⅡ …… C-3
トクヤマ ボンドフォースⅡ Pen …… C-4
ワンナップボンドFプラス …… C-5
トクソーマックボンドⅡ…… C-6
トクソー ライトボンド …… C-6
トクソーライトボンドプライマー…… C-7
パルフィーク　エッチング剤…… C-7

ボンドマー ライトレスⅡ

歯科用象牙質接着材／歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料

●2液混合タイプの化学硬化型ボンディング材。
●常温での保管が可能になりました。
●「エステコア」、「エステセムⅡ」の前処理材、コンポジットレジン（光硬化・化学硬化ともに）のボンディング材、様々な素材の前処理材として幅広くお使いいただけます。
●塗布後の待ち時間と光照射は不要で、塗布後すぐエアブローするだけで次のステップに進める簡便さです。
●多用途でありながら専用品と同等以上の接着性です。
●根管深部や光の届きにくい部位での接着に、特に威力を発揮します。

包装　1箱＝A液 3mL 1本
　　B液 2.4mL 1本
　　ミニブラシ（ファイン）25本
　　ボンドマー用混和皿 1個
　　1穴ディスポ混和皿 5個

（管理医療機器）認証番号303AFBZX00024000

ボンドマー用混和皿

●ボンドマー ライトレスⅡ専用の混和皿。
●ダッペングラスラバー（別売）をセットして使用します。
●液ボトルのほか、ミニブラシやイラストガイドも立てることができます。

包装　1袋＝1個

1穴ディスポ混和皿

●ボンドマー ライトレスⅡの付属品として使用しているものです。
●1穴皿で、ボンド液の採取・混和用として使用します。
●天面の溝には、ミニブラシやポストを置いておくことができ、転がり落下を防止することができます。

包装　1箱＝50個



トクヤマ ボンドフォースII　セット

歯科用象牙質接着材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用の1液・1ステップボンディング材。
●象牙質、エナメル質ともに高い接着性を示します。
●エアブロー圧の影響を受けにくく、安定した接着力を発揮します。
●液採取後の使用可能時間は遮光下で5分。
●塗布後放置は「10秒」
●冷蔵保存不要：0℃～25℃の範囲で、常温での保存が可能です。
●エアブローは「中圧5秒」：乾燥方法、乾燥時間も従来品より簡単で短くなりました。
●相分離が起こらず、均一な被膜を形成します。

包装　1箱＝ボンド（ボトルタイプ）5mL 1本、採取皿 1個
ミニブラシ（スーパーファイン）25本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000

トクヤマ ボンドフォースII　単品

歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝ボンド 5mL 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000

トクヤマ ボンドフォースII　Wパック

歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝ボンド 5mL 2本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000



ペン1滴量



ボトル1滴量

トクヤマ ボンドフォースII Pen 1本

歯科用象牙質接着材

- ●光硬化型充填用コンポジットレジン用の1液・1ステップボンディング材。
- ●MI窩洞に適した1滴量：1滴量を1／3カット！（ボトルタイプ比）
- ●象牙質、エナメル質ともに高い接着性を示します。
- ●液採取操作のストレス軽減：ノック式で簡単採取。
- ●エアブロー圧の影響を受けにくく、安定した接着力を発揮します。
- ●液採取後の使用可能時間は遮光下で5分。
- ●塗布後放置は「10秒」
- ●冷蔵保存不要：0℃～25℃の範囲で、常温での保存が可能です。
- ●エアブローは「中圧５秒」：乾燥方法、乾燥時間も従来品より簡単で短くなりました。
- ●相分離が起こらず、均一な被膜を形成します。

包装　1箱＝ボンド 2mL 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000

トクヤマ ボンドフォースII Pen 3本

歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝ボンド 2mL 3本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000



採取皿

- ●トクヤマ ボンドフォースII、トクヤマ シールドフォースプラスの付属品として使用している採取皿です。

包装　1袋＝1個

ワンナップボンドFプラス　セット

歯科用象牙質接着材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用のボンディング材。
●混和・塗布・光硬化が、色変化により確認できる2液混和の1ステップボンディング材。また成分に適度な量の水を含有するため、被着面のヌレ具合に影響されにくく、高い接着力を発揮します。窩洞の形状によりボンディング層の厚みが多少異なってもその影響を受けにくく、高い接着力を発揮します。
●フッ素徐放性と高い接着性を両立。

包装　1箱＝ボンディングエージェントA 5mL 1本、
ボンディングエージェントB 5mL 1本、
ディスペンサー 1個、混和皿 1個、
アプリケーターハンドル 1本、
ディスポーザブルアプリケーターチップ 50個

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00636000

ワンナップボンドFプラス
ボンディングエージェントA 単品

歯科用象牙質接着材

包装　・ボンディングエージェントA
1箱＝5mL 1本、ディスペンサー 1個

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00636000

ワンナップボンドFプラス
ボンディングエージェントB 単品

歯科用象牙質接着材

包装　・ボンディングエージェントB
1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00636000



ディスポーザブルアプリケーターチップ&ハンドルセット

●ワンナップボンドFプラスの付属品として使用しているものです。
●ボンディング材等の液剤を、歯面等に塗布するときに使用するブラシ。
●アプリケーターハンドルにブラシを取り付けて使用します。用途や部位に合わせて角度が変えられるので、操作性に優れています。
●先端ブラシのみディスポタイプなので、経済的です。

包装　1箱＝アプリケーターハンドル 4本、
ディスポーザブルアプリケーターチップ 500個(50個×10袋)



混和皿

●ワンナップボンドFプラスの付属品として使用している混和皿です。

包装　1袋＝1個

トクソーマックボンドⅡ ボンディング 単品

歯科用象牙質接着材/歯科用シーリング・コーティング材

包装　1箱＝ボンディングエージェント 5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20900BZZ00868000

トクソーマックボンドⅡ プライマー 単品

歯科用象牙質接着材/歯科用シーリング・コーティング材

●歯面処理材（トクソーマックボンドⅡ専用）

包装　・プライマー A 1箱＝5mL 1本
　　・プライマー B 1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20900BZZ00868000

ミニブラシ ブルー

●トクソーマックボンドⅡの付属品として使用しているものです。
●ボンディング材等の液剤を、歯面等に塗布するときに使用するブラシ。
●ハンドルと先端の毛が一体になっているので、操作性に優れ、液剤がスムーズに塗布できます。先端付近を曲げて使用することも可能です。
●ディスポタイプ

包装　1箱＝100本（ケース入り）1個

トクソーライトボンド ボンディング 単品

歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20100BZZ00855000

トクソーライトボンドプライマー

歯面処理材

●トクソーライトボンドの接着力を強化するプライマー。
●窩洞形成後の窩壁に塗布すると、象牙質に対するトクソーライトボンドの接着力が向上します。
※エナメル質には、リン酸エッチングを施して使用します。

包装　1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20300BZZ00998000

パルフィーク混和皿

●3穴皿で、ボンド液の採取・混和用、エッチング剤や各種プライマーの採取・混和用として使用します。
●天面の溝には、スポンジ片を置くことができ、転がり落下を防止することができます。

包装　1袋＝1個

パルフィーク　エッチング剤

歯科高分子系接着材（歯科用エッチング材）

●歯質の脱灰材として使用します。
●38%リン酸水溶液。

包装　1箱＝7mL 1本

（管理医療機器）認証番号20300BZZ00996000

トクヤマエッチングゲル

歯科用エッチング材

●エナメル質、象牙質、歯科修復物のエッチングまたは清掃に使用します。
●リン酸濃度は39±2wt%
●ゲル状なので垂れずにスポット的にエッチングすることができます。

包装　1箱＝エッチング材 2.5mL 1本、チップ 2個、
シリコーンキャップ 2個

（管理医療機器）認証番号219AFBZX00187000

パルフィーク　スポンジ片

●液剤を歯面等に塗布するときに使用するスポンジです。
1箱に約400個のスポンジ片が入っています。

包装　1袋＝1箱